



Vergleichskörper 2

Für die Magnetpulverprüfung nach DIN EN ISO 9934-2



Der Vergleichskörper 2 ist eine selbsthaltende Einheit, die keine externe Magnetisierung benötigt. Sie enthält zwei Stahlblöcke und zwei Permanentmagnete.

Sie muss so kalibriert werden, dass die + 4-Markierung + 100 A/m und die - 4-Markierung - 100 A/m bedeuten.

Die Anzeigenlängen sind ein Maß für die Eignung.

Die Anzeigen beginnen an den Enden und nehmen zur Mitte ab. Die bessere Eignung wird durch längere Anzeigen gekennzeichnet.

Bewertet wird die Summe der Längen der linken und rechten Anzeigen.

Lieferung inkl. Zertifikat.

Art.-Nr.: G25 L