



Kontrollkörper 1



Produkteigenschaften

- Der Kontrollkörper 1, gemäß DIN EN ISO 3452-3, dient zur Kontrolle der Anzeigefähigkeit und Definition der Empfindlichkeit von Eindringprüfmitteln.
- Die Kontrollkörper haben, je nach Dicke der CrNi-Beschichtung, (10, 20, 30 oder 50 µm), unterschiedlich künstlich erzeugte, sehr feine Risse.
- Zur Überwachung des Prüfmittels ist ein Referenzfoto des Kontrollkörpers erforderlich. Dieses ist im Lieferumfang enthalten.

Zum Test der jeweiligen Empfindlichkeitsstufen werden folgende Test-Panels benötigt

- | | |
|--|------------------------|
| • Rotes Eindringmittel: | 50 µm und 30 µm |
| • Fluoreszierende Eindringprüfmittel, Level 2: | 50 µm, 30 µm und 20 µm |
| • Fluoreszierende Eindringprüfmittel, Level 3 | 30 µm, 20 µm und 10 µm |
| • Fluoreszierende Eindringprüfmittel, Level 4: | 20 µm und 10 µm |

Lieferumfang: je 4 Panels à 10,20,30 und 50 µm mit Prüfzeugnis

Technische Änderungen vorbehalten!